

证书编号: YH2018-1-573066

Certificate No.

本次检定所使用的社会公用计量标准

Public standards of measurement used for this verification

社会公用计量标准名称

可燃气体检测报警器检定装置

Public standards of measurement used for this verification

社会公用计量标准证书编号

[2016]皖社量标证字第 369 号

Certificate No. for the public standards of measurement

社会公用计量标准证书有效期限

2020-03-24

Due date of certificate of the public standards of measurement

本次检定所使用的主要计量标准器具

Main measurement standards used in this verification

| 名称<br>Name                    | 型号/规格<br>Type/Specification | 编号<br>Number | 有效期限<br>至<br>Due date | 证书编号<br>Certificate No. | 准确度等级/不确定度/<br>最大允许误差<br>Accuracy class/ Uncertainty/<br>Maximum permissible error |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--|
| CH <sub>4</sub> /Air 气体标<br>物 | GBW(E)061190                | 76307076     | 2019-02-27            | GBW(E)061190            | $U_{rel}=1.5\% (k=2)$  |
| CH <sub>4</sub> /Air 气体标<br>物 | GBW(E)061190                | 76307101     | 2019-02-27            | GBW(E)061190            | $U_{rel}=1.5\% (k=2)$  |
| 气体测试仪检定<br>校准装置               | RA-104B                     | 14102        | 2018-11-27            | LLq12017-2-2309<br>21   | $U_{rel}=0.8\% (k=2)$  |
| 电子秒表                          | TF807                       | /            | 2019-01-16            | DC2018-1-340031         | MPE: $\pm 0.1s/h$  |
| CH <sub>4</sub> /Air 气体标<br>物 | GBW(E)061190                | 78621131     | 2019-02-27            | GBW(E)061190            | $U_{rel}=1.5\% (k=2)$  |

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards in the P.R.China.

检定地点及环境条件

Location and environmental conditions for verification

地点: 本院 A311 室

Address

环境温度: 28℃

Ambient temperature

湿度: 52%RH

Relative humidity

其它: /

Others

注: 1、我院仅对加盖“安徽省计量科学研究院检定专用章”完整证书负责。

2、本证书提供的检定结果仅对本次所检计量器具有效。

3、请妥善保管此证书。